

Số: /TTYT-KD
V/v Yêu cầu báo giá mua sắm thiết
bị y tế năm 2025

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Văn Long Chức vụ: Trưởng Khoa Dược

Số điện thoại: 0916870999 Địa chỉ email: vanlongbvcx@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, Tổ 10 - Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

Đồng thời, nhận qua email: vanlongbvcx@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 03 năm 2025 đến trước 16h ngày 03 tháng 04 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị theo bảng mô tả tính năng, cấu hình kỹ thuật đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên - Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.

- Có hướng dẫn bảo quản

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 60-90 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện bảo giá theo đúng Mẫu báo giá quy định

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các trang thiết bị y tế)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KD

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Long

PHỤ LỤC: MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ

(Theo Yêu cầu báo giá số /TTYT-KD ngày 21/03/2025 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên)

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo độ loãng xương	Máy	01
2	Máy từ trường trị liệu	Cái	01
3	Dao mổ điện cao tần	Máy	01
Tổng 3 khoản			

BẢNG MÔ TẢ
TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo thư yêu cầu báo giá Số: / TTYT-KD ngày 21 tháng 03 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo độ loãng xương	I. Thông tin chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau Điện áp hoạt động: 220V/ 50Hz. Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ môi trường tối đa : 280C + Độ ẩm môi trường tối đa: 75% II. Cấu hình - Máy chính (bao gồm khối phát tia, detector, bàn bệnh nhân): 01 cái - Đệm bệnh nhân: 01 cái - Phantom: 01 cái - Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ - Đĩa/USB cài đặt phần mềm: 01 cái - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in màu: 01 bộ - UPS online 3kVA: 01 bộ; - Tài liệu HDSD Anh – Việt : 01 bộ III. Đặc tính và thông số kỹ thuật Bộ phát cao tần - Điện áp tối đa: 110kV - Dòng bóng tối đa: 2.4 mA	01	Máy
2	Máy từ trường trị liệu	I. Thông tin chung Năm sản xuất máy chính: 2024 trở về sau Chất lượng hàng hóa: Mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 II. Cấu hình Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm : - Cặp thiết bị tiếp xúc Ø 13 cm : 01 cặp - Đai thắt : 01 cái - Nam châm thử : 01 cái - Cáp nguồn : 01 cái - Tài liệu HDSD Anh – Việt : 01 bộ III. Đặc tính và thông số kỹ thuật Nguồn điện: 230V, 50-60 Hz	01	Cái
3	Dao mổ điện cao tần	I. Thông tin chung Năm sản xuất máy chính: 2024 trở về sau Chất lượng hàng hóa: Mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE II. Cấu hình: - Máy chính kèm dây nguồn: 01 bộ	01	Máy

	<ul style="list-style-type: none"> - Tài liệu HDSD Anh – Việt: 01 bộ - Bộ phụ kiện đơn cực tiêu chuẩn cho Dao mổ điện: <ul style="list-style-type: none"> + Tay dao đơn cực (kèm cáp dài 3.5m) MPE/E: 01 chiếc + Bàn cực trung tính NP/A: 01 chiếc + Dây cáp nối bàn cực trung tính CMS/E: 01 chiếc + Đai cố định bàn cực trung tính NP/GA: 01 chiếc + Bộ điện cực SEL/E gồm 8 loại: 01 bộ + Công tắc đạp chân đôi, chống nước DS/E: 01 chiếc <p>II. Đặc tính và thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dao mổ điện cao tần đơn cực, lưỡng cực và chế độ hàn mạch. - Công suất tối đa: đơn cực (350W), lưỡng cực (160W). + Đơn cực: 6 chế độ cắt, 4 chế độ đốt-cầm máu. + Lưỡng cực: 2 chế độ cắt, 4 chế độ đốt-cầm máu, 1 chế độ hàn mạch. - Điều khiển bằng vi xử lý. - Bộ nhớ trong lưu 100 chương trình. - Vỏ bằng sắt sơn cao cấp, cách điện và chống rò rỉ theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-2. - Làm mát không cần quạt. - Điều khiển bằng nút bấm mềm. - Hiển thị bằng màn hình kỹ thuật số LED 7 đoạn. - Kích hoạt bằng: công tắc đạp chân hoặc tay dao có nút bấm. - Ứng dụng: tiểu phẫu, trung phẫu, đại phẫu, sản khoa, hàn mạch, mổ nội soi... - Có khả năng kết hợp với hệ thống nội soi thông dụng: ERBE, STORZ, OLYMPUS, RICHARD WOLF, MARTIN, BERTCHOLD... 		
Tổng 3 khoản			

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung Tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, chúng tôi...(ghi tên, địa chỉ của hang sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế

STT	Danh mục thiết yếu	Ký, mã, nhãn hiệu, model hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan VNĐ	Thuế phí, lệ phí (nếu có) VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Giá trị của các thiết bị y tế nếu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.

.....ngày... tháng...năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))